**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"23" 01 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 622/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 5639 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"24" 01 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 622/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 5639 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 1,4 | ±0,4 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,3 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Сыроватко Е.В.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Ветеринарный врач _____ Фалькович Ю.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"23" 01 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 621/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2803 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 45 А |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"24" 01 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 621/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2803 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 45 А |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | менее 1,0* | - |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,3 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Сыроватко Е.В.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Ветеринарный врач _____ Фалькович Ю.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"23" 01 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 620/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2810 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"24" 07 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 620/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2810 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | 50 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 1,1 | ±0,3 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,2 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Сыроватко Е.В.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Ветеринарный врач _____ Фалькович Ю.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"23" 01 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 624/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"24" 01 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 624/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41. №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | 32 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 1,6 | ±0,5 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | 2,4 | ±0,5 |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,1 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Сыроватко Е.В.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Ветеринарный врач _____ Фалькович Ю.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"23" 01 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 625/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"24" 01 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 625/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | 1 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 2,4 | ±0,7 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | 2,4 | ±0,5 |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | 0 |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,1 | ±0,2 |

**Средства измерения:**
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Сыроватко Е.В.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Ветеринарный врач _____ Фалькович Ю.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"23" 01 _____ 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 623/25 от 23.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 1262 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 23.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Лазариди Д.Г.

"29" 07 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 623/25 от 24.01.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 1262 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 21.01.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 21 от 21.01.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 21.01.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 21 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 21.01.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 21.01.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 24.01.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стр Стрекаловская М.В.

"22" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 1402/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 13/2 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | стеклянная тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | 1 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 1,8 | ±0,6 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 8,2 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
_____ Стрекаловская М.В.
"20" 02 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1402/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 13/2 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | стеклянная тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0, | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"22" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 1403/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Щербинина, дом 2б |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | стеклянная тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 50, не более | 5 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | 2,0 | ±0,6 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 8,2 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"
Стрекаловская М.В.
"20" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1403/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Щербинина, дом 2б |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | стеклянная тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0, | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"22" 02 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 1400/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 5639 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 100, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | менее 1,0* | - |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,9 | ±0,2 |
| 10 | Массовая концентрация марганца, мг/дм 3 | МУ 31-10/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута и марганца в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01322) | не более 0,1 | менее 0,01 | - |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"20" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1400/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 5639 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
_____ Стрекаловская М.В.
"22" 02 _____ 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 1399/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 2803 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 45 А |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 100, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | менее 1,0* | - |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,3 | ±0,2 |
| 10 | Массовая концентрация марганца, мг/дм 3 | ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами, п.6.3 | не более 0,1 | менее 0,01 | - |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стр Стрекаловская М.В.

"20" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1399/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 2803 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 45 А |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний  Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
Стрекаловская М.В.
"22" 02 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## № РА 1398/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 2810 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 100, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.4 | не более 20,0 | менее 1,0* | - |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,1 | ±0,2 |
| 10 | Массовая концентрация марганца, мг/дм 3 | ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами, п.6.3 | не более 0,1 | менее 0,01 | - |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"
Стрекаловская М.В.
"20" 02 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1398/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 2810 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
_____ Стрекаловская М.В.
"22" 02 _____ 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## № РА 1401/25 от 22.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 1262 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 22.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.5.2, п.5.3 | 100, не более | не обнаружено | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды, п.7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5 | не более 20,0 | менее 1,0* | - |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину (Издание 2019 года) | не более | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018) | 6,0-9,0 | 7,9 | ±0,2 |
| 10 | Массовая концентрация марганца, мг/дм 3 | ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами, п.6.3 | не более 0,1 | менее 0,01* | - |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 24.03.2025

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.03.2025

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"20" 02 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1401/25 от 20.02.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая артезианской скважины № 1262 |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 19.02.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 72 от 19.02.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 19.02.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 72 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| **Дата поступления образца:** | 19.02.2025 14:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 19.02.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 20.02.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | не более 2,0 | 0* | - |

*- исследование по определению запаха проводилось при температуре 20 °С и 60 ° С, согласно ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1.3 и п. 5.8.1.4

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"21" 03 2025 г.

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## № РА 1943/25 от 21.03.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 18.03.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 102 от 18.03.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мельничная, дом 13 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 18.03.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 102 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Дата поступления образца:** | 18.03.2025 13:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 18.03.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 21.03.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 21.03.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 5.2, п. 5.3 | 50, не более | 1 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012, п. 5 | не более 20,0 | 1,3 | ±0,4 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6,0-9,0 | 7,5 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 25.02.2026

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 25.02.2026

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Стрекаловская М.В.

"19" 03 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1943/25 от 19.03.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 18.03.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 102 от 18.03.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мельничная, дом 13 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 18.03.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 102 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Дата поступления образца:** | 18.03.2025 13:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 18.03.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 19.03.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 19.03.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20°С, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |
| 2 | Запах при 60°С, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"19" 03 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № АА 1944/25 от 19.03.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 18.03.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 102 от 18.03.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 18.03.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 102 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Дата поступления образца:** | 18.03.2025 13:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 18.03.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 19.03.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 19.03.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20°С, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |
| 2 | Запах при 60°С, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |

**Дополнительные сведения:**
отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края**
**«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»**
**(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)**
**Испытательная лаборатория**

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории) ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.

"24" 03 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

## № РА 1944/25 от 21.03.2025

| | |
|---|---|
| **Наименование образца испытаний:** | Вода питьевая разводящая сеть |
| **Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес заказчика:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Контактные данные заказчика:** | Телефон: 8 (861-38) 6-21-17, Email: kropcec@mail.ru |
| **Производитель:** | Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158 |
| **Адрес производителя:** | 352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Поднадзорный объект производителя:** | МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2 |
| **Нормативный документ на производство продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Основание для проведения испытаний:** | заявка заказчика от 18.03.2025 |
| **Цель испытаний:** | Производственный контроль |
| **Акт отбора проб:** | № 102 от 18.03.2025 |
| **Место отбора:** | Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1 |
| **Дата и время отбора пробы (образца):** | 18.03.2025 11:35 |
| **Пробы отобрал, направил:** | Директор МУП "Дмитриевское" Кудинов А.П. |
| **Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:** | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб |
| **Масса/объем образца:** | 4,0 л |
| **Вид упаковки** | пластиковая тара, сейф-пакет № 102 |
| **Масса/объем партии:** | 4,0 л |
| **Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:** | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| **Дата поступления образца:** | 18.03.2025 13:00 |
| **Дата начала проведения испытаний:** | 18.03.2025 |
| **Дата окончания проведения испытаний:** | 21.03.2025 |
| **Дата выдачи результатов испытаний:** | 21.03.2025 |
| **Место осуществления лабораторной деятельности:** | 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79;<br>352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7 |

**Результаты лабораторных испытаний**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный документ на метод испытаний | Допустимые уровни | Результат испытаний | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 5.2, п. 5.3 | 50, не более | 1 КОЕ/см3 | - |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 6.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 3 | Энтерококки КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 8.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 4 | Колифаги БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.1 | не допускается | не обнаружено | - |
| 5 | Escherichia coli КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23, п. 7.3 | не допускается | не обнаружено | - |
| 6 | Цветность, град. | ГОСТ 31868-2012, п. 5 | не более 20,0 | 1,4 | ±0,4 |
| 7 | Мутность по формазину, ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 | не более 2,6 | менее 1,0* | - |
| 8 | Вкус и привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016 | не более 2,0 | 0 | - |
| 9 | Водородный показатель (pH), ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6,0-9,0 | 7,9 | ±0,2 |

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

**Средства измерения:**

pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 25.02.2026

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 25.02.2026

**Дополнительные сведения:**

отсутствуют

**Отклонения, исключения из метода:**

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа